MMI 側臥位用パッド/MMI トンネルクッション
取扱説明書

本品は、衝撃を和らげながら皮膚表面との接触圧力を軽減、分散し、圧迫による痛みを防止します。



1. 安全上の警告・注意

【警告】

褥そうを生じる可能性があるので､治療中､一定時間ごとに患者の皮膚の状況を確認してください。

【禁忌・禁止】

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) パッド、クッションの二次的加工をしないでください。
3) ゲルパッドの材質（表面：ポリウレタン）に過敏症がある患者には使用しないでください。
4) ゲルパッド表面にピンホールや破れがある場合は使用しないでください。
5) 患者を乗せたままゲルパッドを引っ張らないでください。破損の原因になります。
6) ゲルパッドの端を持って引っ張らないでください。フィルムが破損するおそれがあります。移動させる場合は、パッド又はクッションの下側に手を入れて持ち上げてください。
7) 凹凸のある表面上でゲルパッドを引っ張らないでください。
8) ゲルパッドは直射日光に当てないでください。変色・変形を起こす可能性があります。
9) ゲルパッドを熱湯に入れたり、火に近づけたりしないでください。変形・損傷の原因になります。

【注意】

1) 刃物・針・ピン等の鋭利なもので傷つけないようご注意ください。
2) 汚れた場合は、石鹸・中性洗剤・アルコールをしみ込ませた柔らかい布で清拭してください。消毒剤は、変色・変質を起こす可能性がありますので避けてください。
3) ゲルパッド中のゲルがこぼれて目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄してください。万一異常を感じたら速やかに医師の診察を受けてください。
4) ゲルパッドはマジックテープを接着していますので、凍らせることは避けてください。
5) ゲルパッドと保温装置との併用は避けてください。ゲルパッドが熱を蓄積し、患者が低温やけどを起こすおそれがあります。

2. 洗浄・保管方法

1) 洗浄液に長時間浸漬しないでください。
2) マジックテープ及び接着部分は清潔に保ってください。
3) パッドの上に重い物、鋭利な物を載せないでください。
4) 丸めずに水平で平らな場所で保管してください。

3. アフターサービスとその連絡先に関する事項

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

2012 年 10 月 31 日制定　　村中医療器株式会社